



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
www.wspr.olsztyn.pl, sekretariat@wspr.olsztyn.pl
Regon 511332933, NIP 739-29-72-605



SZP.221-16.10.2023

Olsztyn, 21.11.2023 r.

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ,

Dot. postępowanie przetargowego w trybie podstawowym, wariant 1. pn.:

SZP.221-16.2023 Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

I. Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego informuje, iż na mocy art. 284 ust. 2 w związku z art. 286 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) dalej ustawa Pzp, wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu pytanie dotyczące treści SWZ, które Zamawiający zamieszcza poniżej wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA Z DNIA 20.11.2023 r.

PYTANIE 1

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Kaniulę ju., jałową, bezpieczną wykonaną z FEP z samodomykającym się korkiem portu bocznego, ze skrzydełkami. Filtr hydrofobowy. Kaniula posiadająca automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem, minimum 2 paski wtopione na całej długości kaniuli widocznych w Rtg. Nie zawierająca lateksu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej. Uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką. Rozmiary: 0,6 (0,6 x 19 mm 26 G), Opakowanie typu blister.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższy rozwiązanie. W związku z powyższym zmianie ulega opis kaniul w poz. 3 na następujący:

Kaniula ju., jałowa, bezpieczna wykonana z termoplastycznego poliuretanu lub PTFE lub FEP z samodomykającym się korkiem portu bocznego, ze skrzydełkami. Filtr hydrofobowy. Kaniula posiadająca automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem ~~oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi~~, minimum 2 paski wtopione na całej długości kaniuli widocznych w Rtg. Nie zawierająca lateksu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej. Uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką. Rozmiary: 0,6 (0,6 x 19 mm 26 G), Opakowanie typu blister.

II. Odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i będą wiążące podczas terminu składania ofert. Zmianie uległy: SWZ oraz Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Zatwierdzam,
z upoważnienia Dyrektora

KIEROWNIK SEKCJI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
J. Rubis
Izabela Rubis