



SZP.225-15.7.2025

Olsztyn, 27.03.2025 r.

Forma przekazania:

1. E-mail
2. Strona internetowa BIP: bipwspr.wamia.mazury.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

dot. postępowania przetargowego poniżej 130 000 zł netto

SZP.225-15.2025 „Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego dla WSPR w Olsztynie w podziale na 15 części

I Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie informuje, iż na podstawie pkt. 11.2. postępowania ofertowego SZP.225-15.2025, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

PYTANIA Z DNIA 26.03.2025 r.:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnej części Krzesełek kardiologicznych płozowych Stryker (pozycja nr 2, część nr 14)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Stryker.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga wymiany zalecanych części przez Producenta w ramach przeglądu technicznego w noszach elektrycznych(część nr 12), które znacząco wydłużają okres eksploatacji sprzętu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje że zgodnie z czwartym punktem Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca podczas przeglądu ma obowiązek wymienić części zalecane przez producenta.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie roku produkcji respiratorów z części nr 5.

ODPOWIEDŹ:

Rok produkcji respiratorów z części 5 to 2005 i 2007.



Pytanie 4

W nawiązaniu do załącznika nr 1- opis przedmiotu zamówienia do postępowania ofertowego SZP.225-15.2025 punkt 1 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu przystąpienia do przeglądu do 10 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Pytanie 5

W nawiązaniu do załącznika nr 1- opis przedmiotu zamówienia do postępowania ofertowego SZP.225-15.2025 punkt 1 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu udostępnienia urządzenia zastępczego dla pakietu nr 13.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zapisami w punkcie 15 OPZ wykluczył z części 13 obowiązek zapewnienia urządzenia zastępczego przez Wykonawcę.

Pytanie 6

W nawiązaniu do załącznika nr 1- opis przedmiotu zamówienia do postępowania ofertowego SZP.225-15.2025 punkt 15 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych i rezygnację z urządzenia zastępczego

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 7

W nawiązaniu do załącznika nr 1- opis przedmiotu zamówienia do postępowania ofertowego SZP.225-15.2025 punkt 17 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu na „termin gwarancyjny zgodny z gwarancją producenta”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 8

W nawiązaniu do załącznika nr 3 do postępowania SZP.225-15.2025 §2 ustęp 1 o wydłużenie terminu przystąpienia do przeglądu do 10 dni roboczych oraz odstąpienia od urządzenia zastępczego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w umowie.



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
www.wspr.olsztyn.pl, sekretariat@wspr.olsztyn.pl
Regon 511332933, NIP 739-29-72-605



Pytanie 9

W nawiązaniu do załącznika nr 3 do postępowania SZP.225-15.2025 §6 ustęp 2 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie zapisu dot. kar za urządzenie zastępcze.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w umowie.

Pytanie 10

W nawiązaniu do załącznika nr 3 do postępowania SZP.225-15.2025 §7 ustęp 2 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie zapisu dot. urządzenia zastępczego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w umowie.

II. Udzielone odpowiedzi są wiążące w terminie składania ofert.

Zatwierdzam

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Olsztynie

Marek Myszkowski