



SZP.225-26.11.2026

Olsztyn, 03.04.2026 r.

Forma przekazania:

1. Strona internetowa BIP: bipwspr.warmia.mazury.pl

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

dot. postępowania przetargowego poniżej 170 000 zł netto

SZP.225-26.2026 *Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego dla WSPR w Olsztynie w podziale na 15 części*

I. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie informuje, iż na podstawie pkt. 11.2. postępowania ofertowego SZP.225-26.2026 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIE Z DNIA 02.04.2026 r.:

PYTANIE 1

Dot. cz.2 Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy serwis ma obejmować wzorcowanie, czy walidację termometrów elektrycznych? Jeżeli ma obejmować wzorcowanie, to czy ma ono być dokonane przez laboratorium PCA, czy dopuszczona jest walidacja metodą porównawczą za pomocą wzorcowanego przyrządu pomiarowego? Dodatkowo prosimy o podanie w ilu punktach temperatury ma być realizowany pomiar oraz jakie mają być to punkty: w jakiej temperaturze?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z instrukcją obsługi termometru Braun thermoscan pro 6000 procedurę kontroli kalibracji zawiera instrukcja obsługi 9600 Plus Calibration Tester.

PYTANIE 2

Dot. cz.2 Zważywszy na fakt, iż termometry ze względu na technologię przeglądów lub naprawy oraz mobilność urządzeń, mogą być urządzeniami serwisowanymi w siedzibie wykonawcy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie realizacji serwisu termometrów w siedzibie wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie przeglądów w/w urządzeń w siedzibie wykonawcy.

PYTANIE 3

Dot. zapisów Umowy § 6 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
www.wspr.olsztyn.pl, sekretariat@wspr.olsztyn.pl
Regon 511332933, NIP 739-29-72-605



ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy zawarte w umowie.

PYTANIE 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie roku produkcji respiratorów z części nr 13.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż rok produkcji respiratorów Medumat Standard 2 to 2022.

II. Udzielone odpowiedzi są wiążące w terminie składania ofert.

IV. Zamawiający informuje, iż na podstawie pkt 11.3 dokonuje zmiany treści postępowania ofertowego w zakresie części 13.

W pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia dla części 13 wskazano koszt części zamiennych w wysokości 16 000,00 zł. Kwota ta została wpisana błędnie. Zamawiający informuje, że prawidłowa wartość wynosi:

6 000,00 zł.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 13,
- Załącznik nr 2 – formularz ofertowy w zakresie części 13.

Zatwierdzam

KIEROWNIK SEKCJI
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
J. Rubis
Izabela Rubis

Sporządziła: M.Kalińska