



SZP.225-11.6.2021

Olsztyn, 22.03.2021 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO**

pn.: SZP.225-11.2021 Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego dla WSPR w Olsztynie w podziale na 13 części

I. Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie informuje, iż na podstawie pkt. XI zapytanie ofertowego w postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1

Część 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK12 lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z użytku defibrylatorów LIFEPAK12 w przypadku braku możliwości naprawy? Wsparcie techniczne dla tych urządzeń zostało już zaprzestane i nie gwarantujemy dostępności wszystkich części zamiennych/ akcesoriów. Takie działanie pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowany serwis techniczny.

Odpowiedź:

Zamawiający NIE WYRAŻA ZGODY na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów Lifepak12.

Zamawiający WYRAŻA ZGODĘ na wyłączenie z użytku defibrylatorów Lifepak12 w przypadku braku możliwości naprawy.

Pytanie 2

Część 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu noszy z transporterem oraz krzesełek kardiologicznych produkcji Stryker (pozycja 4,5,9,12,15,17,40 oraz 41wg załącznika nr 1)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Stryker.

Odpowiedź:

Zamawiający NIE WYRAŻA ZGODY na wydzielenie do odrębnego pakietu noszy z transporterem oraz krzesełek kardiologicznych produkcji Stryker.

Pytanie 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej – podpisanej podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej i podpisanej podpisem kwalifikowanym.

II. Odpowiedzi stanowią integralną część *Zapytania ofertowego* i będą wiążące podczas terminu składania ofert.

Zatwierdzam
z upoważnienia Dyrektora
Izabela Rubis